

**Протокол заседания Закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ»  
по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) № 17-К/14  
на право заключить договор на поставку тонометров**

г. Иркутск

«23» мая 2014 г.

**Заказчик:** Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

**Повестка заседания:** Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) № 17-К/14 на право заключить договор на поставку тонометров.

Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) № 17-К/14 на право заключить договор на поставку тонометров были размещены на сайте <http://www.zakupki.gov.ru> от 15.05.2014 г. (№ 31401155569).

**Закупочная комиссия (приказ № 256 от 27.03.2014 г.) в составе:**

Член комиссии	Роль	Должность	Статус
Петр Евлампьевич Дудин	Председатель комиссии	Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»	Присутствует
Евгений Родионович Саратов	Член комиссии	Начальник технического отдела	Отсутствует
Сергей Викторович Витенко	Член комиссии	Инженер по ремонту технического отдела	Присутствует
Екатерина Владимировна Дубынина	Член комиссии	Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа	Присутствует
Яна Эдвардовна Глиензовская	Член комиссии	Начальник отдела по обеспечению государственного заказа	Присутствует

Кворум имеется. Комиссия правомочна. Глиензовская Я.Э. уполномочена Председателем на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

**I. Сведения о существенных условиях договора**

**1. Наименование поставляемого товара: поставка насосов**

**2. Характеристики и количество поставляемого товара:**

№ п/п	Наименование товар /оборудования	Технические характеристики	Единица измерения	Количество
1	Автоматический тонометр	Приложение 1	штука	24
2	Механический тонометр	Приложение 2	штука	352

Приложение 1

№ п/п	Технические характеристики	Требования / диапазон
	<b>Автоматический тонометр</b>	<b>24 штуки</b>
1.	Комплект поставки	Электронный блок, манжета компрессионная, чехол для хранения прибора, адаптер сетевой, комплект элементов питания
2.	Технология интеллектуального измерения	Наличие
3.	Память с регистрацией даты и времени	не менее 60 измерений
4.	Графический индикатор уровня АД	Наличие
5.	ЖК-дисплей	Наличие
6.	Осциллометрический метод измерения	Наличие
7.	Манжета анатомической (веерообразной) формы для окружности руки	минимальное значение не более 22 см максимальное значение не менее 42 см
8.	Материал манжеты	Нейлон и полиэстер
9.	Масса манжеты	Не более 170 г
10.	Индикатор правильной фиксации манжеты	Наличие
11.	Индикатор повышенного давления	Наличие
12.	Индикатор аритмии	Наличие
13.	Расчет среднего значения 3-х измерений за последние 10 минут	Наличие функции

14.	Диапазон измерений:	
15.	давление воздуха в манжете	минимальное значение 0 мм.рт.ст максимальное значение не менее 299 мм.рт.ст
16.	частота пульса	минимальное значение не более 40 уд./мин максимальное значение не менее 180 уд./мин
17.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении давления воздуха в компрессионной манжете	не более 3 мм рт. ст.
18.	Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении частоты пульса	не более 5%
19.	Компрессия	Автоматическая, с помощью воздушного электрического компрессора, управляемого системой неформальной логики
20.	Декомпрессия	Клапан автоматического сброса давления
21.	Срок службы элементов питания (щелочных элементов питания)	не менее 900 измерений
22.	Сетевой адаптер в комплекте	Наличие
23.	Защита от поражения электрическим током	Наличие
24.	Масса электронного блока	Не более 340 г без элементов питания
25.	Габаритные размеры прибора	
25.1	Ширина	Не более 123 мм
25.2	Высота	Не более 85 мм
25.3	Длина	Не более 141 мм
26.	Чехол для хранения прибора	Наличие

Приложение 2

№ п/п	Технические характеристики	Требования / диапазон
<b><u>Механический тонометр</u></b>		<b><u>352 штук</u></b>
1	Анероидный манометр профессионального класса	Наличие
2	Груша из резины с воздушным клапаном, снабженным сетчатым фильтром и игольчатым вентилем	Наличие
3	Металлический односторонний фонендоскоп	Наличие
4	У-образный звукопровод фонендоскопа	Наличие
5	Совместимость с не менее 5-ю видами манжет (охват руки)	от 9 до 50 см
6	Нейлоновая манжета с 2-мя трубками, с мягкой застежкой по типу «липучки» для окружности руки	минимальное значение не более 22 см максимальное значение не менее 42 см
7	Металлическое кольцо на манжете	Отсутствие
8	Диапазон измерений давления воздуха в компрессионной манжете	минимальное значение не более 20 мм рт. ст. максимальное значение не менее 300 мм рт. ст.
9	Цена деления шкалы манометра прибора	2 мм рт. ст.
10	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности прибора при измерении давления воздуха в компрессионной манжете при температуре (20±5) °С: во всех участках диапазона измерений	не более 3 мм рт. ст



11	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности прибора при измерении давления воздуха в компрессионной манжете в рабочем диапазоне температур: во всех участках диапазона измерений	не более 3 мм рт. ст
12	Масса прибора в чехле, кг	не более 0,40
13	Чехол для хранения	наличие
14	Условия эксплуатации:	
14.1	температура окружающего воздуха	не менее 10 и не более 40 °С
14.2	относительная влажность при 25 °С	не менее 30 и не более 85 %

Предлагаемое медицинское оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации.

Медицинское оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), выпущено не ранее 2013 года.

Оборудование должно поставляться поверенным, что подтверждается клеймом о поверки на самом оборудовании.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, установленных производителем оборудования.

### 3. Требования к качеству товара:

Качество медицинского оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, поставка медицинского оборудования должна сопровождаться документами, удостоверяющими качество (регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификат соответствия ГОСТ РФ, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт оборудования, гарантийный талон).

Гарантийный срок на автоматические тонометры (оборудование), не менее чем срок действия гарантии производителя, но не менее 60 месяцев с момента поставки оборудования.

Гарантийный срок на механические тонометры (оборудование), не менее чем срок действия гарантии производителя, но не менее 24 месяцев с момента поставки оборудования.

Межповерочный интервал на оборудование не менее интервала предоставляемого производителем поставляемого оборудования, но не менее 2 лет с момента поставки оборудования.

### 4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка оборудования осуществляется по адресу город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.

Срок поставки оборудования в течение 15 календарных дней с момента заключения договора.

Поставка и отгрузка оборудования осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика (до места эксплуатации) в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09-00 до 15-00.

**5. Начальная (максимальная) цена договора:** 203 696 (двести три тысячи шестьсот девяносто шесть) рублей, 00 копеек.

### 6. Сведения о включенных в цену товара расходах:

Цена договора включает все расходы, с учетом стоимости поставляемого оборудования, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, стоимость упаковки, маркировки, транспортных расходов по доставке оборудования до места поставки (эксплуатации), погрузо-разгрузочных работ, технического обслуживания в период гарантийных обязательств и иные расходы, связанные с поставкой оборудования, то есть является конечной.

**7. Срок и условия оплаты:** Оплата производится по факту поставки оборудования в течение 60 (шестидесяти) календарных дней на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приема-передачи оборудования, но не позднее 31.12.2014 года. При наличии надлежаще оформленных документов на оборудование.

**8. Срок заключения договора:** договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

## II. Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится 23 мая 2014 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

## III. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Члены Закупочной комиссии, рассмотрев заявки на участие в запросе цен (котировок), в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области 05.03.2014 г., на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен (котировок), приняли следующие решения:

Наименование участника закупки	ЗАО «Сибирская медицинская компания»
Регистрационный номер заявки	Вх. № 37 от 22.05.2014 г. в 13-05.
Место нахождения	664003, г.Иркутск, ул. Тимирязева, д.16
Телефон/факс	8 (3952) 25-11-00
ИНН / ОГРН	ИНН 3808015074 ОГРН 1033801010990
Цена договора (руб.)	<b>202944,00</b>
Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок)	Соответствует
ГОЛОСОВАЛИ	ЗА единогласно

Наименование участника закупки	ООО «ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ ПОСТАВОК»
Регистрационный номер заявки	Вх. № 38 от 22.05.2014 г. в 13-10
Место нахождения	664046, г.Иркутск, ул. Баумана, д.176 офис 64
ИНН / ОГРН	ИНН 3811065124 ОГРН 1033801539133
Телефон/факс	8 (3952) 607-107
Цена договора (руб.)	<b>203696,00</b>
Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок)	Соответствует
ГОЛОСОВАЛИ	ЗА единогласно

К сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок) были поданы две заявки. По результатам рассмотрения и оценки соответствующими требованиям документации были признаны обе заявки, Закупочная комиссия, руководствуясь п. 7.6.9 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., приняла следующее решение:

- закупка признается состоявшейся, победителем признается **ЗАО «Сибирская Медицинская компания»**. Договор заключить с победителем в запросе цен (котировок) на сумму **202 944 (двести две тысячи девятьсот сорок четыре) рублей 00 копеек** на условиях, предусмотренных извещением, документацией о проведении запроса цен (котировок);

На основании п. 7.6.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., признать **ООО «Центр медицинских поставок»** участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса цен **условий**.

**Голосовали: ЗА единогласно**

В соответствии с п.7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте <http://www.zakupki.gov.ru>

Петр Евлампьевич Дудин



(подпись)


Председатель комиссии

Евгений Родионович Саратов

(подпись)

Член комиссии

Сергей Викторович Витенко

  
(подпись)


Член комиссии

Екатерина Владимировна Дубынина

  
(подпись)

Член комиссии

Яна Эдвардовна Глиензовская

  
(подпись)

Член комиссии, секретарь