

**Протокол заседания закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ»
по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) № 7-К/14
на право заключения договора на поставку
тонометров**

г. Иркутск

«30» апреля 2014 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская орден «Знак Почета» областная клиническая больница.

Повестка заседания:

Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) № 7-К/14 на право заключения договора на поставку тонометров.

Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) № 7-К/14 на право заключения договора на поставку тонометров были размещены на сайте <http://www.zakupki.gov.ru> от 24.04.2014 г. (№ 31401103548).

Закупочная комиссия (приказ № 256 от 27.03.2014 г.) в составе:

Член комиссии	Роль	Должность	Статус
Петр Евлампьевич Дудин	Председатель комиссии	Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»	Присутствует
Евгений Родионович Саратов	Член комиссии	Начальник технического отдела	Присутствует
Сергей Викторович Витенко	Член комиссии	Инженер по ремонту технического отдела	Отсутствует
Екатерина Владимировна Дубынина	Член комиссии	Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа	Присутствует
Яна Эдвардовна Глиензовская	Член комиссии	Начальник отдела по обеспечению государственного заказа	Присутствует

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Глиензовская Я.Э. уполномочена Председателем на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

I. Сведения о существенных условиях договора

1. Наименование поставляемого товара: поставка тонометров

2. Характеристики и количество поставляемого товара:

№ п/п	Наименование товар /оборудования	Технические характеристики	Единица измерения	Количество
1	Автоматический тонометр	Приложение 1	штука	24
2	Механический тонометр	Приложение 2	штука	352

Приложение 1

№ п/п	Технические характеристики	Требования / диапазон
	Автоматический тонометр	24 штуки
1.	Комплект поставки	Электронный блок, манжета компрессионная, чехол для хранения прибора, адаптер сетевой, комплект элементов питания
2.	Технология интеллектуального измерения	Наличие
3.	Память с регистрацией даты и времени	не менее 60 измерений
4.	Графический индикатор уровня АД	Наличие
5.	ЖК-дисплей	Наличие
6.	Осциллометрический метод измерения	Наличие
7.	Манжета анатомической (веерообразной) формы для окружности руки	минимальное значение не более 22 см максимальное значение не менее 42 см
8.	Материал манжеты	Нейлон и полиэстер
9.	Масса манжеты	Не более 170 г
10.	Индикатор правильной фиксации манжеты	Наличие

11.	Индикатор повышенного давления	Наличие
12.	Индикатор аритмии	Наличие
13.	Расчет среднего значения 3-х измерений за последние 10 минут	Наличие функции
14.	Диапазон измерений:	
15.	давление воздуха в манжете	минимальное значение 0 мм.рт.ст максимальное значение не менее 299 мм.рт.ст
16.	частота пульса	минимальное значение не более 40 уд./мин максимальное значение не менее 180 уд./мин
17.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении давления воздуха в компрессионной манжете	не более 3 мм рт. ст.
18.	Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении частоты пульса	не более 5%
19.	Компрессия	Автоматическая, с помощью воздушного электрического компрессора, управляемого системой неформальной логики
20.	Декомпрессия	Клапан автоматического сброса давления
21.	Срок службы элементов питания (щелочных элементов питания)	не менее 900 измерений
22.	Сетевой адаптер в комплекте	Наличие
23.	Защита от поражения электрическим током	Наличие
24.	Масса электронного блока	Не более 340 г без элементов питания
25.	Габаритные размеры прибора	
25.1	Ширина	Не более 123 мм
25.2	Высота	Не более 85 мм
25.3	Длина	Не более 141 мм
26.	Чехол для хранения прибора	Наличие

Приложение 2

№ п/п	Технические характеристики	Требования / диапазон
	Механический тонометр	352 штук
1	Анероидный манометр профессионального класса	Наличие
2	Груша из резины с воздушным клапаном, снабженным сетчатым фильтром и игольчатым вентилем	Наличие
3	Металлический односторонний фонендоскоп	Наличие
4	У-образный звукопровод фонендоскопа	Наличие
5	Совместимость с не менее 5-ю видами манжет (охват руки)	от 9 до 50 см
6	Нейлоновая манжета с 2-мя трубками, с мягкой застежкой по типу «липучки» для окружности руки	минимальное значение не более 22 см максимальное значение не менее 42 см
7	Металлическое кольцо на манжете	Отсутствие
8	Диапазон измерений давления воздуха в компрессионной манжете	минимальное значение не более 20 мм рт. ст. максимальное значение не менее 300 мм рт. ст.

9	Цена деления шкалы манометра прибора	2 мм рт. ст.
10	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности прибора при измерении давления воздуха в компрессионной манжете при температуре (20±5) °С: во всех участках диапазона измерений	не более 3 мм рт. ст
11	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности прибора при измерении давления воздуха в компрессионной манжетах рабочем диапазоне температур: во всех участках диапазона измерений	не более 3 мм рт. ст
12	Масса прибора в чехле, кг	не более 0,40
13	Чехол для хранения	наличие
14	Условия эксплуатации:	
14.1	температура окружающего воздуха	не менее 10 и не более 40 °С
14.2	относительная влажность при 25 °С	не менее 30 и не более 85 %

В случае, если в графе «Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара»:

- указано (не более, не менее, или), то участнику размещения заказа при подготовке заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме следует указывать конкретные показатели предлагаемого к поставке товара.
- указано (от __ до __) участник размещения заказа указывает «от __ до __».

3. Требования к качеству товара: Предлагаемое медицинское оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации.

Медицинское оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), выпущено не ранее 2013 года.

Оборудование должно поставляться поверенным, что подтверждается клеймом о поверки на самом оборудовании.

Качество медицинского оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, поставка медицинского оборудования должна сопровождаться документами, удостоверяющими качество (регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификат соответствия ГОСТ РФ, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт оборудования, гарантийный талон).

Гарантийный срок на автоматические тонометры (оборудование), не менее чем срок действия гарантии производителя, но не менее 60 месяцев с момента поставки оборудования.

Гарантийный срок на механические тонометры (оборудование), не менее чем срок действия гарантии производителя, но не менее 24 месяцев с момента поставки оборудования.

Межповерочный интервал на оборудование не менее интервала предоставляемого производителем поставляемого оборудования, но не менее 2 лет с момента поставки оборудования.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка оборудования осуществляется по адресу город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.

Срок поставки оборудования в течение 15 календарных дней с момента заключения договора.

Поставка и отгрузка оборудования осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика (до места эксплуатации) в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09-00 до 15-00.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, установленных производителем оборудования.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 203 696 (двести три тысячи шестьсот девяносто шесть) рублей, 00 копеек.

6. Сведения о включенных в цену товара расходах:

Цена договора включает все расходы, с учетом стоимости поставляемого оборудования, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, стоимость упаковки, маркировки, транспортных расходов по доставке оборудования до места поставки (эксплуатации), погрузо-разгрузочных работ, технического обслуживания в период гарантийных обязательств и иные расходы, связанные с поставкой оборудования, то есть является конечной.

7. Срок и условия оплаты: Оплата производится по факту поставки оборудования в течение 60 (шестидесяти) календарных дней на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приема-передачи оборудования, но не позднее 31.12.2014 года. При наличии надлежаще оформленных документов на оборудование.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

II. Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится 30 апреля 2014 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 30 минут по иркутскому времени.

III. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие на участие в запросе цен (котировок)

Члены Закупочной комиссии, рассмотрев заявки на участие на участие в запросе цен (котировок) в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области, на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен (котировок), приняли следующее решение:

Наименование участника закупки	ЗАО «Сибирская медицинская компания»
Регистрационный номер заявки, дата, время получения	Вх. № 13 от 29.04.2014 г. в 14-55
Место нахождения	664003, г.Иркутск, ул. Тимирязева, 16
ИНН, ОГРН	ИНН 3808015074 ОГРН 1033801010990
Телефон/факс	(3952) 25-11-00
Цена договора (руб.)	202944
Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок)	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ, отклонена Документацией о проведении запроса цен (котировок) № 7-К/14 на право заключить договор на поставку тонометров установлены требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: «...Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе цен (котировок), должны быть прошиты (скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц) и пронумерованы...» В представленной заявке на участие в запросе цен (котировок) данное требование не исполнено. Заявка не содержит нумерации документов, поданных в составе заявки.

Наименование участника закупки	ЗАО «ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ ПОСТАВОК»
Регистрационный номер заявки, дата, время получения	Вх. № 14 от 29.04.2014 г. в 14-56
Место нахождения	664046, г.Иркутск, ул. Баумана, 176, кв. 64
ИНН, ОГРН	ИНН 3811065124 ОГРН 1033801539133
Телефон/факс	(3952) 607-107
Цена договора (руб.)	203 696
Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок)	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ, отклонена Документацией о проведении запроса цен (котировок) № 7-К/14 на право заключить договор на поставку тонометров установлены требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

	<p>«...Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе цен (котировок), должны быть прошиты (скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц) и пронумерованы...»</p> <p>В представленной заявке на участие в запросе цен (котировок) данное требование не исполнено. Заявка не содержит нумерации документов, поданных в составе заявки.</p>
--	---

К сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок), были поданы две заявки, Закупочная комиссия осуществила вскрытие конвертов и рассмотрение представленных документов на соответствие требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок), и, руководствуясь п. 7.6.10. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области 05.03.2014 г., приняла следующее решение: заявки не соответствуют требованиям документации, извещения о проведении запроса цен (котировок), в связи с чем запрос цен (котировок) признается несостоявшимся.

Голосовали: За. Единогласно.


В соответствии с п.7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте <http://www.zakupki.gov.ru>

Петр Евлампьевич Дудин

Евгений Родионович Саратов


Сергей Викторович Витенко





 (подпись)

Председатель комиссии



 (подпись)

Член комиссии

—


 (подпись)

Член комиссии



 (подпись)

Член комиссии



 (подпись)

Член комиссии, секретарь