

**Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме № 11-АУКЦ/16
на право заключить договор на поставку
оборудования для мойки и дезинфекции с принадлежностями**

г. Иркутск

«10» августа 2016 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская орден «Знак Почета» областная клиническая больница.

Извещение и документация о проведении открытого аукциона в электронной форме № 11-АУКЦ/16 на право заключить договор на поставку оборудования для мойки и дезинфекции с принадлежностями были размещены на сайте <http://www.zakupki.gov.ru> от 19.07.2016 г. (№ 31603900270), а также на электронной торговой площадке <http://utp.sberbank-ast.ru/>.

Закупочная комиссия (приказ № 479 от 19.07.2016 г.) в составе:

Член комиссии	Роль	Должность	Статус
Петр Евлампьевич Дудин	Председатель комиссии	Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»	Присутствует
Галина Анатольевна Подьяблонская	Заместитель председателя комиссии	Начальник отдела по обеспечению государственного заказа	Присутствует
Евгений Радионович Саратов	Член комиссии	Начальник технического отдела	Присутствует
Владлена Дмитриевна Павлюк	Член комиссии	Заместитель главного врача по работе со средним медицинским персоналом и эпидемиологическим вопросам	Присутствует
Мария Ивановна Комелькова	Член комиссии	Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа	Присутствует
Екатерина Леонидовна Шляхтенко	Член комиссии	Экономист отдела по обеспечению государственного заказа	Присутствует
Наталья Сергеевна Кудрявцева	Член комиссии	Экономист ЦПМУ и ДМС	Присутствует
Ольга Александровна Павлухина	Член комиссии	Экономист ЦПМУ и ДМС	Отсутствует

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Комелькова М.И. уполномочена Председателя комиссии на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

1. Сведения о существенных условиях договора

- 1. Наименование поставляемого товара: оборудование для мойки и дезинфекции с принадлежностями**
- 2. Характеристики и количество поставляемого оборудования:**

№ п/п	Наименование оборудования	Требования к функциональным и техническим характеристикам оборудования	Единица измерения	Количество
1.	оборудования для мойки и дезинфекции с принадлежностями	Приложение №1	комплект	1

Приложение №1

№ п/п	Наименование оборудования/описание параметров	Требуемая функция или величина параметра
	Однодверная моечная машина из нержавеющей стали с откидной дверью	Наличие
	Область применения	для мойки и дезинфекции хирургического, МИХ инструмента
	Технические требования	
	Отдельно стоящий прибор с крышкой	наличие
	Возможность установки прибора на полу или встраивания в существующий комплекс оборудования	наличие
	Рабочая камера из нержавеющей стали с двумя уровнями загрузки	наличие
	Объем рабочей камеры	не менее 130 л
	Встроенная система конденсации пара	Наличие
	Циркуляционный насос производительностью,	не менее 400 л/мин
	Встроенная система сушки горячим воздухом с вентилятором	наличие
	Производительность системы сушки,	не менее 60 м ³ / час
	Температурный диапазон системы сушки с шагом регулирования 1°С	не менее 50 не менее 99 °С
	Настройка времени сушки	не менее 1 не менее 99 мин
	Оснащение системы сушки фильтром взвешенных частиц HEPA S-класса H12, степень очистки > 99,5% со сроком службы,	не менее 100 часов
	Встроенная профессиональная система смягчения воды для холодной и горячей воды, рассчитанная на температуру воды, в .	Не более 20 и не более 70°С
	Наличие 4-х ступенчатой системы фильтрации	наличие

	моющего раствора, состоящей из фильтра-вставки, фильтра грубой очистки, фильтра стеклянного боя, микрофильтра тонкой очистки	
	Наличие коромысел-распылителей моющего раствора	не менее 2
	Микропроцессорная система управления со стандартными программами мойки	наличие
	Количество программ в системе управления	не менее 17
	Возможность изменения параметров процесса мойки: температура и время	наличие
	Возможность установки индивидуальных программ	наличие
	Стандартная программа дезинфекции для повседневной бережной мойки и дезинфекции инструмента, для выполнения общих гигиенических требований в соответствии с EN ISO 15883 и ГОСТ Р ИСО 15883 90°C (+5°C, - 0°C) и временем воздействия,	не менее 5 мин.
	Панель управления и дисплей расположены на корпусе машины, а не на двери машины	Наличие
	Автоматическая блокировка двери во время цикла дезинфекции	наличие
	Отображение температуры внутри рабочей камеры на дисплее	наличие
	Индикация хода выполнения программы и неисправностей	наличие
	Индикация температуры и времени выполнения программы	наличие
	Индикация окончания программы, визуальный и акустический сигнал	наличие
	Два датчика температуры для регулирования избыточной температуры и контроля над ней	наличие
	Разъем для обслуживающих и ремонтных работ	наличие
	Система контроля и защиты от протечек	наличие

	Отключение при пиковой нагрузке	наличие
	Защита при аварийном прерывании программы	наличие
	Подключение холодной, горячей воды для мойки; холодной воды для конденсатора пара и дистиллированной (обессоленной) воды для последнего ополаскивания	наличие
	Дозирующее устройство для моющих средств	наличие
	Дозирующее устройство для жидких средств для ополаскивания	наличие
	Дозирующий насос для жидких средств нейтрализации	наличие
	Соответствие программ мойки российскому стандарту ГОСТ Р ИСО 15883-1/2	наличие
	Габариты дезинфектора	
	Высота	не более 850 мм
	Ширина	не менее 900 мм
	Глубина	не более 700 мм
	Вес нетто	не менее 95 кг
	Максимальная потребляемая мощность	не более 10,0 кВт
	Защита заблокированного слива для предотвращения утечки и минимизации риска реконтаминации (в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15883-1-2008) за счет наличия не возвратного клапана слива в комплекте.	наличие
	Возможность аварийного открывания двери при длительном отключении электроэнергии для разгрузки инструмента из моечной камеры и последующей экстренной обработки другим способом	наличие
	Отдельный штуцер для подачи очищенной (дистиллированной, обессоленной) воды	наличие
	Требование к заливным шлангам (с учетом периодических гидравлических испытаний), рабочий диапазон:	
	Холодная вода для моечно-дезинфицирующей	от 2,5 до 10 бар

	машины,	
	Горячая вода для моечно-дезинфицирующей машины,	от 2,5 до 10 бар
	Холодная вода для пароконденсатора,	от 2,5 до 10 бар
	Дистиллированная (обессоленная) вода для окончательного ополаскивания,	не менее 2,5 не более 10 бар
	<i>Дозирующий насос</i>	
	для жидкого моющего средства для канистр объемом 10 л и 5 л.	наличие
	всасывающая трубка с магнитным поплавком для индикации нулевого уровня заполнения	наличие
	Комплекующие:	
	Верхний уровень дезинфектора	Не менее 1шт
	Нижний уровень дезинфектора	Не менее 1шт
	Сетчатые корзины для хирургических инструментов	не менее 4шт
	Вставка для размещения не менее шести гинекологических зеркал	Не менее 4шт
	Загрузочная тележка для анестезиологического оборудования с конвектором для подключения к системе сушки. Тележка должна быть оснащена: не менее 8 инжекторами для гофрированных трубок максимальной длиной не более 150 мм; не менее 13 держателями для катетеров; не менее 3-мя форсунками для дыхательных мешков; не менее 4-мя держателями для масок и аксессуаров.	Не менее 1шт
	Вставка – барабан для световодов и шлангов отсосов	Не менее 1 шт.
	Корзина сетчатая для мелкого инструмента	Не менее 2 шт.

3. Требования к качеству товара (работ, услуг)

Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации. Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не выставочный образец), выпущено не ранее 2016 года.

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации); регистрационное удостоверение, технический паспорт, гарантийный талон, руководство по эксплуатации на русском языке).

Срок гарантии Поставщика на оборудование не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого оборудования, но не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования.

Поставщик обязан, в течение 5 календарных дней или иной согласованный сторонами срок, безвозмездно заменить некачественное оборудование, в случае, если таковой был обнаружен Заказчиком в срок, не превышающий 24 месяцев с даты подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования.

Поставщик должен обеспечить ввод в эксплуатацию (провести комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке (монтажу), пуско-наладке, сдаче-приемке в эксплуатацию, и обучение персонала (инструктаж)).

Поставщик должен руководствоваться действующими инструкциями по безопасности при монтаже оборудования, соблюдать на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности.

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования должны производиться в соответствии с действующими нормативами и правилами.

Поставщик должен произвести монтаж и пуско-наладку оборудования с использованием своих расходных материалов, инструментов и оборудования.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, установленных производителем оборудования

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка товара с вводом в эксплуатацию и обучением персонала осуществляется по адресу: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.

Срок (период) поставки товара с вводом в эксплуатацию и обучением персонала: в течение 90 календарных дней с момента заключения договора.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 1 820 000,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей, 00 копеек.

6. Сведения о включенных в цену товара расходах:

Цена договора не может превышать начальной (максимальной) цены договора.

Цена договора является фиксированной на протяжении всего срока исполнения договора

Цена договора включает стоимость Оборудования в полной комплектации, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой оборудования до места поставки (эксплуатации), проведения работ по настройке, установке (монтажу), регулировке и сдаче в эксплуатацию, внесение изменений в конструктив по месту монтажа, техническое обслуживание в период гарантии, обучения (инструктаж) персонала, предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на оборудование, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора.

7. Срок и условия оплаты:

Расчеты производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оплата производится по факту поставки и ввода в эксплуатацию оборудования в течение 90 (девяносто) банковских дней с момента подписания обеими сторонами надлежаще оформленного Акта ввода в эксплуатацию оборудования.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее двадцати дней со дня подписания итогового протокола.

1. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

Заседание Закупочной комиссии проводится 10 августа 2016 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе началось в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

На рассмотрение Закупочной комиссии были представлены заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме следующих участников закупки:

Наименование участника закупки	ООО «Медиус»	ООО «Компания Киль-Иркутск»	ООО «МК ВИТА-ПУЛ»	ООО «Эликом мед»
Регистрационный номер заявки	№ 1 от 09.08.2016 г. 08 ч. 57 мин. (время московское)	№ 2 от 09.08.2016 г. 11 ч. 41 мин. (время московское)	№ 3 от 09.08.2016 г. 12 ч. 06 мин. (время московское)	№ 4 от 09.08.2016 г. 13 ч. 33 мин. (время московское)

Члены Закупочной комиссии рассмотрели представленные заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией и, проверив соответствие участников требованиям, установленным в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., приняли следующие решения:

Наименование участника закупки	ООО «Медиус»	
Регистрационный номер заявки, дата, время получения	№ 1 от 09.08.2016 г. 08 ч. 57 мин. (время московское)	
Место нахождения	630033 г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25, корп. 4, оф. 20	
ИНН, ОГРН	ИНН 2225080104 ОГРН 1062225021528	
Решение Закупочной комиссии	Заявка участника признается надлежащей, участник закупки признается соответствующим требованиям, указанным в аукционной документации в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г.	
ГОЛОСОВАЛИ	Допустить участника закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме	«ЗА» единогласно
Наименование участника закупки	ООО «Компания Киль-Иркутск»	
Регистрационный номер заявки, дата, время получения	№ 2 от 09.08.2016 г. 11 ч. 41 мин. (время московское)	
Место нахождения	664011 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, дом 30, кв. 17	
ИНН, ОГРН	ИНН 3808034341 ОГРН 1143850067316	
Решение Закупочной комиссии	Заявка участника признается надлежащей, участник закупки признается соответствующим требованиям, указанным в аукционной документации в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г.	

ГОЛОСОВАЛИ	Допустить участника закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме, признать участником открытого аукциона в электронной форме «ЗА» единогласно
-------------------	---




Наименование участника закупки	ООО «МК ВИТА-ПУЛ»
Регистрационный номер заявки, дата, время получения	№ 3 от 09.08.2016 г. 12 ч. 06 мин. (время московское)
Место нахождения	125212 г. Москва, ул. Выборгская, дом 16, стр. 1
ИНН, ОГРН	ИНН 7713242245 ОГРН 1027739336360
Решение Закупочной комиссии	Заявка участника признается надлежащей, участник закупки признается соответствующим требованиям, указанным в аукционной документации в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г.
ГОЛОСОВАЛИ	Допустить участника закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме, признать участником открытого аукциона в электронной форме «ЗА» единогласно

Наименование участника закупки	ООО «Эликом мед»
Регистрационный номер заявки, дата, время получения	№ 4 от 09.08.2016 г. 13 ч. 33 мин. (время московское)
Место нахождения	670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 27
ИНН, ОГРН	ИНН 0326511579 ОГРН 1130327002750
Решение Закупочной комиссии	Заявка участника признается надлежащей, участник закупки признается соответствующим требованиям, указанным в аукционной документации в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ	Допустить участника закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме, признать участником открытого аукциона в электронной форме «ЗА» единогласно
-------------------	---

Результаты голосования: «За» - единогласно.

В соответствии с п.п 7.4.5, 7.2.4.7 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницы, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте <http://www.zakupki.gov.ru>

Петр Евлампьевич Дудин		Председатель комиссии
Галина Анатольевна Подьяблонская		Заместитель председателя комиссии
Мария Ивановна Комелькова		Член комиссии, секретарь
Евгений Радионович Саратов		Член комиссии
Владлена Дмитриевна Павлюк		Член комиссии
Екатерина Леонидовна Шляхтенко		Член комиссии
Наталья Сергеевна Кудрявцева		Член комиссии